

## 激光测径仪的使用维护和故障说明

### 激光测径仪的使用注意事项:

激光测径仪是采用激光扫描原理研制的精密计量仪器,使用前请注意以下事项:

- 使用环境温度: 0~40℃。
- 使用湿度: RH≤80%。
- 电源: 交流220V±10% 50Hz。
- 请勿正视激光束, 以免对人眼造成伤害。
- 本专用设备为精密仪器, 其信号线以及电源线不能与其他设备的线缆混合安装在了一起。
- 确保窗口玻璃无尘污, 用镜头纸蘸无水酒精将污迹清除干净。

### 激光测径仪的产品特征:

- 激光测径仪是精密光学及电子仪器, 在搬运和安装过程中不应有剧烈震动。
- 激光测径仪中测量头上的防尘玻璃应定期用清洁的棉纸、棉花等擦拭灰尘以保持光路的畅通。
- 激光测径仪的光学部分全部密封, 以防止灰尘污染光学零件, 请不要随意拆开外壳。
- 激光测径仪的光学部件经过精密调整, 不能随意拆动。

### 激光测径仪的故障现象及处理:

故障现象	故障原因	处理方法
显示数码管不亮	1. 未接通电源 2. 电源适配器故障	1. 接通电源 2. 更换电源适配器
显示器始终显示“123456”	1. 信号线未正常连接 2. 测量物超出测量范围 3. 窗玻脏污	1. 检查信号线 2. 只检测测量范围内物体 3. 用镜头纸蘸少许酒精擦拭
测量值不稳	1. 信号线未正常连接 2. 窗玻脏污	1. 检查信号线 2. 用镜头纸蘸少许酒精擦拭

联系:王成军 15372600071 QQ:503758071 开户银行:中国银行北仑支行高风分理处

电话:0574-86825071 传真:0574-56877217 帐号:401360776738 税号:330206587487912

网址:<http://www.nbkcyq.com>

地址:宁波北仑区明州路长江国际大厦B座1105室

**激光测径仪的维修服务:**

- 激光测径仪从厂家发货之日起, 按照合同规定两年内对正常使用中出现的质量问题厂家免费负责维修, 易损易耗件除外。
- 如因使用不当造成人为损坏, 也负责维修, 酌情收取维修费用。
- 激光测径仪的机器终身负责维修, 厂家只收取材料成本费。
- 如您需要部分详细说明, 或部分元件, 请与厂家联系。

宁波北仑区科诚仪器有限公司, 专业销售[激光测径仪](#), 真诚期待与您的合作!

联系: 王成军

电话: 0574-86825071

手机: 15372600071

传真: 0574-56877217

Q Q: 503758071

网址: <http://www.nbkeyq.com>

如需了解详细资料, 请参考以下链接:

<http://www.nbkeyq.com/prolist-981307-1.html>

联系:王成军 15372600071 QQ:503758071 开户银行:中国银行北仑支行高凤分理处

电话:0574-86825071 传真:0574-56877217 帐号:401360776738 税号:330206587487912

网址:<http://www.nbkeyq.com>

地址:宁波北仑区明州路长江国际大厦B座1105室